Testat clinic

Geratherm®
non contact

Informatii practice utilizator

1. **Va multumim** pentru increderea acordata Geratherm® si va felicitam pentru achizitia facuta.

Va rugam sa pastrati neaparat aceste informatii si manualul de utilizare! Va vor fi de mare ajutor!

2. La primirea coletului va rugam **sa asteptati 30 min** inainte de a testa termometrul pentru a-i acorda timpul necesar de adaptare la temperatura incaperii.

3. Va rugam sa **consultati manualul de utilizare** – veti putea gasi toate informatiile cu privire la utilizarea termometrului, cat si diverse informatii cu privire la masurarea temperaturii in general.

4. Valorile de temperatura masurate prin scanarea zonei de **deasupra sprancenelor** sunt cele

mai exacte. 5. Masurati temperatura intotdeauna in **aceeasi zona**, deoarece in caz contrar

valorile afisate pot varia.

6. Pentru a comuta de la **modul "corp" la modul "obiect**" (si invers), apasati tasta mod (prima tasta din partea de sus). In acest sens veti vedea pe ecran o pictograma cu omulet (modul corp) sau o casuta (modul obiect).

7. Termometrul Non Contact Geratherm este un dipozitiv medical testat clinic. Marja de eroare este de +/- 0,2 ° C . In cazul in care suspectati ca temperatura obtinuta nu este cea reala, va rugam sa luati in considerare urmatoarele aspecte:

- Sa verificati daca este setata **la modul "corp"**
- Distanta de masurare sa fie de aproximativ 2 cm pentru rezultate cat mai precise.
- Miscati usor termometrul din mijlocul fruntii catre tampla, evitand firele de par.

ATENTIE!!!
Este incorecta compararea temperaturii in diferite parti al corpului.

Temeperatura de la nivelul fruntii este diferita de temperatura intrarectala sau orala.

Temperatura rectala este cu aproximativ 0,5 – 1 °C mai mare decat temperatura masurata la nivelul fruntii. Mai multe informatii despre acest aspect la pagina 76.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri va rugam sa ne contactati la nr de telefon **0741417281** sau la adresa de e- mail **gerathermro@gmail.com**

Parerea Dvs este foarte importanta pentru noi; atat online cat si offline :)

Multa sanatate!

Echipa Origo Medical

Designed and developed by Geratherm Germany.

CE 0197